Mikrobac® forte

Aldehydfreier Flächen-Desinfektionsreiniger.

CE 0482

Produkteigenschaften

- Aldehydfrei
- Breites Wirkspektrum
- Gute Reinigungsleistung
- Geruchsarme Formulierung, ohne Parfum
- Kompatibel mit dem BODE X-Wipes Spendersystem

Anwendungsgebiete

Zweckbestimmung: Mikrobac forte ist ein QAV / Amin basiertes reinigendes Desinfektionsmittelkonzentratz zur Desinfektion von nicht invasiven Medizinprodukten. Zur täglichen, desinfizierenden Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in allen hygienerelevanten Bereichen im Gesundheitswesen und in der Industrie. Auf Grund der geruchsarmen Formulierung besonders gut in patienten- oder bewohnernahen Bereichen einsetzbar. Durch die zusätzliche Begutachtung im Lebensmittelbereich ebenfalls in Küche und Lebensmittelbetrieben einsetzbar.

Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl.HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS und wirksam gegenüber Polyomavirus.

Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung			Einwirkzeit
Bakterien / Pilze					
Bakterizid / Levurozid	VAH / EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	gering / hoch	2,5 ml/l 5,0 ml/l 10,0 ml/l 15,0 ml/l 25,0 ml/l	0,25 % – 0,5 % – 1,0 % – 1,5 % – 2,5 % –	60 Min. 30 Min. 15 Min. 5 Min. 1 Min.
Viren					
Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV / RKI		5,0 ml/l 10,0 ml/l	0,5 % – 1,0 % –	60 Min. 5 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	DVV / RKI		10,0 ml/l 40,0 ml/l	1,0 % – 4,0 % –	240 Min. 120 Min.
Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)	EN 14476	gering	2,5 ml/l 5,0 ml/l	0,25 % – 0,5 % –	5 Min. 1 Min.
		hoch	5,0 ml/l 10,0 ml/l	0,5 % – 1,0 % –	60 Min. 5 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	gering / hoch	5,0 ml/l 20,0 ml/l	0,5 % – 2,0 % –	240 Min. 120 Min.
Polyomavirus	EN 14476	gering	5,0 ml/l	0,5 % –	60 Min.
		hoch	20 ml/l	2,0 % –	60 Min.
Lebensmittel / Industrie					
Bakterizid / Levurozid	EN 13697 / EN 1276 / EN 1650	gering (20 °C)	7,5 ml/l 25,0 ml/l	0,75 % – 2,5 % –	30 Min. 5 Min.
		hoch (20 °C)	30,0 ml/l	3,0 % –	30 Min.

Mikrobac® forte

Anwendung
Mikrobac® forte wird als Konzentrat geliefert. Die zu desinfizierenden Teile von Medizinprodukten und andere abwaschbare Oberflächen (z. B. Fussböden) vollständig mit einer ausreichenden Menge der Lösung benetzen.

Um Desinfektionsmittelrückstände von empfindlichen Kunststoffoberflächen von Medizinprodukten zu entfernen, sind die Oberflächen nach der Einwirkzeit mit einem in Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) getränkten Tuch abwischen.

Keine Desinfektionslösung in das Innere von elektrischen Geräten bringen. Bitte beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Reinigungsgeräte gut mit Wasser abspülen. Die Lösung immer mit kaltem Wasser (max. Raumtemperatur) ansetzen.

Der Kontakt zwischen aminischen und aldehydischen Produkten muss vermieden werden. Daher ist – insbesondere wenn zuvor mit einem aldehydhaltigen Produkt gearbeitet wurde – vor der ersten Anwendung von Mikrobac forte eine Zwischenreinigung durchzuführen. Dies kann mit einer 5 - 10 % igen Dismofix G-Lösung erfolgen. Nicht geeignet für die Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Haltbarkeit nach Anbruch
12 Monate

Zusammensetzung
Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchloride 199 mg/g; N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 50 mg/g

Listung
VAH, IHO-Desinfektionsmittelliste

Chemisch-physikalische Daten

pH-Wert Konzentrat	ca. 8 - 9
pH-Wert 0,5 %ige Lösung	ca. 8,0
Dichte (20 °C)	ca. 1,01 g/cm^3

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer
Mikrobac® forte	5 Liter Kanister	980435

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schliessen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

HARTMANN

Helps. Cares. Protects.

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Str. 28
CH-8212 Neuhausen
Tel. +41 (0)52 674 31 11

info@ivf.hartmann.info
www.ivf.hartmann.info